



MINISTÈRE DES ARMÉES

*Liberté
Égalité
Fraternité*



INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES

CERTIFICAT DE CONFORMITE N° 22-080-A

CERTIFICATE OF CONFORMITY N° 22-080-A

Page 1/2

CERAH

1, Bellevue - BP 50719
57147 WOIPPY Cedex
Tél : 03 87 51 30 30
<http://cerahtec.invalides.fr>

Délivré à
Applicant

PLAYMOOVIN'

465 rue Marie Marvingt
ZAC des Montels III
63118 CEBAZAT
France

Echantillon / *Sample*

Référence / *Reference*

FreeMoovin'

Fabricant / *Manufacturer*

PLAYMOOVIN'
465 rue Marie Marvingt
ZAC des Montels III
63118 CEBAZAT
France



000000000000000000

Texte de référence / *Text for reference*

Norme **NF EN 12183 Avril 2014** : Fauteuils roulants à propulsion manuelle - Exigences et méthodes d'essai.

Standard NF EN 12183 April 2014 : Manual wheelchairs – Requirements and test methods

CONCLUSIONS / *Conclusions:*

L'échantillon répond aux exigences des paragraphes suivants de la norme NF EN12183 (rapport d'essais n°22-080-A du 24/11/2022) :

The sample does meet the requirements of the following paragraphs of NF EN12183 standard :

§ 7.1 **Stabilité statique / *Static stability***


§ 7.2 **Résistance statique, résistance aux chocs et résistance à la fatigue / *Static, impact and fatigue strength***

§ 9.3 **Force de poussée / *pushing force***



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral. Les résultats consignés dans ce rapport ne sont certifiés que pour l'échantillon soumis aux essais. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral d'EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais.
The COFRAC accreditation testifies to the competence of the laboratories only for the tests covered by the accreditation. Reproduction of this test report is certified only as an integral facsimile. Results written in this report are certified only for the sample submitted to the tests. The COFRAC is signatory of the multilateral agreement for the recognition of the tests reports equivalence EA (European co-operation for Accreditation) and ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). The English version of the testing report is not a binding translation. If any matter gives rise to controversy, the French original text must be used.

Échantillon / Sample

Date réception/ date of receipt : Numéro d'inventaire / inventory number : Numéro produit / Part Number : Numéro de série / serial number : Masse maximale de l'utilisateur / Maximum user's mass :	29/07/2022 22-080-01 Non mentionné 030 100 kg
Provenance / Origin :	PLAYMOOVIN® 63118 CEBAZAT France
Plaque constructeur / labelling	

Le Chef de l'Unité Expertise des Appareillages,
Responsable du service des Essais
Head of Medical Device Expertise Unit,
Head of Testing department


Alain PAWLOWSKI